

RECONDUCTION
Numéro du certificat : 134-015 du 03/08/2023

| |
|--------------------------------------|
| Nature et date de la décision |
| RECONDUCTION |
| N° 134-015 du 03/08/2023 |

La Société : RTS CHAPUIS
Z.A LE BOIS ROND 2, RUE DES
FRERES LUMIERE
69720 SAINT-BONNET DE MURE

| |
|-----------------------------------|
| Date de fin de validité du |
| 31/08/2028 |

Titulaire numéro : 134

Usine : SAINT-BONNET DE MURE

est autorisée à apposer la marque NF sur les produits suivants, selon les conditions définies dans le référentiel de certification de l'application NF précisée ci-dessus :

Famille : Equipements manuels portables (EMP)
Type de matériel : Chariot de transport
Marque(s) commerciale(s) : RTS CHAPUIS
Dénomination(s) commerciale(s) : **Portoir 330**

Caractéristiques certifiées essentielles :

- Ne présente pas de parties saillantes.
- La masse
- La charge admissible
- Résistance du produit aux désinfectants
- Inflammabilité du matelas
- Résistance au 10g

Caractéristiques spécifiques

Masse : 23,85 kg
Longueur : 1860mm
Largeur : 570mm
Hauteur : Sans objet
Nombre de plan° : Sans objet
Masse chariot de transport et brancard : Voir tableau
Divers : 2 roues directrices dotées d'un frein
Option(s) : Dispositif de fixation S310 MONOBLOC

| Masse chariot de transport avec | Brancard 930 | Brancard 940 | Brancard 950 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 40,15 kg | 40,87 kg |

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont certifiés conformes à la norme NF EN 1865-1+A1 : 2017 et aux spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF Matériels Sapeurs-Pompiers,

- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF Matériels Sapeurs-Pompiers.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les matériels objets de ce certificat seront utilisés.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/08/2028 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF Matériels Sapeurs-Pompiers (NF377).

Julien NIZRI
Directeur Général

